

ПРОТОКОЛ

Днес, 20.04.2015г, в гр.Шумен, в „ОПЕКОЗ“ на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД, гр.Шумен, ул."В.Априлов" №63 се проведе заседание на комисията за провеждане на открита процедура по реда ЗОП –: „Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на "Дженерал електрик", с включени всички разходи по обслужването - /труд на сервизни специалисти, диагностика и ремонт, , отстраняване на софтуерни проблеми, доставка и замяна на резервни части, консумативи и транспортни разходи/ и надграждане на специализиран софтуерен и хардуерен пакет.

Комисията, назначена със Заповед №039/20.04.2015г, на Управителя на Възложителя започна работа в 11.00 часа в пълен състав:

1. Ивайло Наков, медицински физик, Председател;
- 2.Силвия Начева, старши рентгенов лаборант на високотехнологичен лъчетерапевтичен комплекс, член;
3. Калин Николов, медицински физик, член;
- 4.Жанета Донева, асистент одитор, член;
- 5.Пламен Петков, юрист, член.

В работата на комисията не се явяват представители на средствата за масово осведомяване и СНЦ.

Председателят на комисията докладва оферта вх.№173/17.04.2015г, 11.55 часа от „ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр.София. Офертата се намери в здрав, непрозрачен жълт плик. След отваряне на плика се намериха приложени следните документи три жълти здрави, запечатани плика с подписи и 3бр печати на частника, с надпис: Плик №1 Документи за подбор, Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката, Плик №3 Предлагаща цена. Трима от членовете на комисията Ивайло Наков, Жанета Донева и Пламен Петков подписаха плик №3, Предлагаща цена.

Председателят на комисията отвори плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката. В него се намери папка с Техническо предложение за изпълнение на поръчката и на хартиен носител разпечатани изискуемите се от Възложителя документи, всички надлежно подписани от инж.Христо Христов и печат. Трима от членовете на комисията Ивайло Наков, Жанета Донева и Пламен Петков подписаха съдържащите се в плик №2 документи.

Председателят на комисията отвори плик №1 Документи за подбор. В плика се намери папка с челна страница Списък на представените документи за участие в процедурата, в който са описани в общо 25 точки съдържанието на трите плика. Посочените за плик №1 документи в 23 точки се намериха налице, надлежно подписани от управителя инж.Христо Христов, управител. В папката са приложени изискуемите се документи – представяне на участника обр.1, удостоверение от Агенция по вписванията за регистрация в ТР, декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП – 2бр, подписани от инж.Христо Христов и Михаела Михайлова – управители, лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчение №04058 от 03.08.2012г издадена от АЯР, преводно нареждане на гаранция за участие, декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП – 2бр, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, че ще използват подизпълнител „Пи Ем Би“ ЕООД, гр.София, декларация от същия подизпълнител, подписана от Валентин Георгиев Гетов, управител, че е запознат с предмета на

поръчката и каква част от нея ще изпълни, представяне на подизпълнителя, копие от регистрация на подизпълнителя в ТР, декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП подписана от управителя на подизпълнителя, декларация по обр.13 от участника, декларация от участника за приемане условията от проекта на договор, Банкова референция за разполагам банков ресурс от „Уникредит Булбанк“ АД, счетоводен баланс към 31.12.2014г и ОПР, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци, списък на услугите с предмет, сходни с предмета на ОП за последните три години, списък на услугите с предмет, сходни с предмета на ОП за последните три години от подизпълнителя, декларация от участника за наличие на сервизна база със списък на машини и декларация за техническо собствено оборудване по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП, с приложени 7бр валидни сертификати /с превод на бълг.език/, счетоводна справка за притежавани инструменти, декларация със списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, информация за образование проф.квалификация и опит на ръководните служители, професионална автобиография за вписаните сервизни инженери – 3бр, потвърждение за обучение за лицата извършващи сервизна услуга, сертификати за преминат курс за техническо обучение с превод на бълг.език – 3бр, удостоверение за правоспособност от НЦ „Радиология и радиационна защита“, изд. от МЗ – 3бр, с квалификационно ниво №4 /заверени копия от участника/, декларация със списък на технически лица които ще отговорят за извършване на услугата от подизпълнителя, декларация от производителя GE MEDIKAL SYSTEMS SCS, сертификат ISO 18094/PEB 12, валиден до 27.01.2016г, Разрешение за търговия на едро с медицински изделия №IV-P-T/МИ-880/23.08.2012г и приложение. Председателят на комисията оповести документите и информацията съдържащи се в плик №1. Комисията констатира, че посочените от участника и подизпълнителя документи са налице, надлежно подписани от представителите им и печат.

Комисията продължи работата си след приключване на публичната част от заседанието, с разглеждане наличието и редовността на представените от участниците документи.

Комисията продължава с работата си разглеждане на документите и информацията, съдържащи се в плик №1 Документи за подбор, за съответствието им с критериите за подбор поставени от Възложителя в одобрената документация по процедурата.

Комисията след разглеждане и сравняване приема, че участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи за подбор и няма основание за изискване на допълнителни документи или разяснения.

Предвид горното, комисията пристъпва към разглеждане на документите съдържащи се в плик №2, Предложение за изпълнение на поръчката. Комисията констатира, че участникът е попълнил надлежно всички реквизити Приложение №2, както следва:

I. Предлагаме да извършим цялостно сервизно обслужване на следната извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на "Дженерал електрик", налична при Възложителя:

№	Описание на апаратурата	Брой	Отделение	Модел
1	Компютърен томограф	1	Лъчелечение	CT Optima CT 580 RT
2	Самостоятелна работна станция	2	Лъчелечение	AW4.6
3	Мобилен рентгенов апарат тип С-рамо	1	Лъчелечение	BRIVO OEC 850

4	Непрекъсваема токозахранваща система	1	Лъчелечение	GEDE UPS SGCE 160 MN
---	--------------------------------------	---	-------------	----------------------

II. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката по следния начин:

1. Сервизна профилактика на образно-диагностична апаратура, производство на "Дженерал електрик", налична при Възложителя, съгласно изискванията за техническа профилактика и обслужване, установени от производителя, при следната минимална честота:

1.1. за Компютърен томограф CT Optima CT 580 - 4 (четири) броя сервизни профилактики на година;

1.2. за всеки от следните апарати: Самостоятелна работна станция AW4.6 – 2 броя; Мобилен рентгенов апарат тип C-рамо BRIVO OEC 850 - 2 (два) броя сервизни профилактики на година.

1.1.3. Непрекъсваема токозахранваща система - 1 (един) брой сервизна профилактика на година.

1.1.4. Дистанционно сервизно обслужване /диагностика, отстраняване на софтуерни проблеми, превантивна информация/ за CT Optima CT 580 RT и Самостоятелни работни станции AW4.6 – 2 броя

1.1.5. Специализиран офис пакет за надграждане на компютърния томограф OPTIMA CT 580 R, осигуряващ синхронизация на образите с дишането на пациента и изобразяване на компютърно томографски образи от всички фази на дихателния цикъл за оценка на движението на структурите и органите при дишане.

1.1.6. Специализиран хардуерен и софтуерен пакет за надграждане на компютърния томограф CT OPTIMA 580 R, осигуряващ премахване на артефактите от метални обекти и подпомагащ очертаването на зоните на интерес. В предвид на това, се променя и прогнозната стойност на поръчката.

2. Отстраняване на повреди, при срок на реакция:

- до 2 работни часа чрез дистанционен сервиз.

- до 12 работни часа, ако се налага изпращане на сервизен инженер на място.
и Време за ремонт:

- до 12 работни часа в случай че няма нужда от резервна част;

- до 12 работни часа след доставка на резервната част, в случай че е необходима подмяна на част.

3. Осигуряване аварийна група за поддръжка и сервизно обслужване на образно-диагностична апаратура, производство на "Дженерал електрик", налична при Възложителя, в периода от 17,00 ч.- 08,00 часа в почивните и празничните дни.

4. Протоколиране на сервизното обслужване, извършените ремонтни работи и вложените части, като за целта ще попълваме протокол за всяка извършена работа, повикване за отстраняване на проблем в експлоатацията, съдържащ: имената на специалистите, извършили обслужването; типа на извършената работа (профилактика, сервизно обслужване, ремонт и т.н.); причината за повредата и ще предаваме този протокол на Възложителя.

5. Доставка и замяна на резервни части и консумативи за образно-диагностична апаратура, производство на "Дженерал електрик", налична при Възложителя - За срока на договора, ще доставяме на възложителя всички необходими резервни части за апаратите, включително :

5.1. 1 брой нова рентгенова тръба Модел Performix Pro VCT за Компютърен томограф Модел СТ Optima CT 580, със следните минимални технически характеристики:

- Топлинен капацитет на анода – 8.0 MHU;
- Площ на малкия фокус (кв. мм)- 0.42 кв.мм;
- Площ на големия фокус (кв. мм)- 0.63кв.мм;
- Максимален ток на тръбата, позволяващ минимум 0.05 сек. постоянно спирално сканиране - 800 mA;
- Максимално топлоотдаване на анода – 2100 kHU на минута ;

5.2. За да бъде технически съвместима с наличния при възложителя Мобилен рентгенов апарат тип С- рамо BRIVO OEC 850, доставеният моноблок трябва да притежава следните минимални технически характеристики:

- Високо напрежение: 40 kV – 110kV
- Ток на тръбата: 0.1 mA – 60 mA
- Малък фокус: 0.6X1.4mm; Голям фокус: 1.4X1.4 mm

5.3. В случай, че за срока на действие на договора не се наложи замяна на наличната при сключването му рентгенова тръба за Компютърен томограф Модел Optima CT 580 RT, изпълнителят доставя на възложителя 1 брой нова рентгенова тръба за компютърен томограф, до 3 работни дни преди приключване изпълнението на договора.

5.4. Доставените резервни части ще бъдат нови, неупотребявани и технически съвместими със сервизираната апаратура. При смяна на резервна част от тип рентгенови тръби, високоволтови генератори, ще представяме сертификат за нанесена СЕ-маркировка и/или Декларация за съответствие на резервната част, издадена от производителя на съответното медицинско изделие (резервна част).

5.5 Срок на доставка на резервни части: до 5 (пет) работни дни

6. В случай, че наличните при сключване на договора рентгенова тръба на Компютърен томограф **Optima CT 580 RT** , Мобилен рентгенов апарат тип С-рамо BRIVO, дефектират по време на действие на договора или ресурсът им се изчерпи – изпълнителят извършва следните дейности:

- 6.1. Демонтаж на наличната част.
- 6.2. Изнасяне на демонтираната част извън **КОЦ-ШУМЕН ЕООД**.
- 6.3. Връщане на демонтираната част на производителя.
- 6.4. Доставка на нова и неупотребявана част.
- 6.5. Монтаж и настройка на новодоставената част.
- 6.6. Пускане в експлоатация на медицинската апаратура.

Възложителят предава на Изпълнителя всички демонтирани части и модули от апаратурата, предмет на поръчката, за връщане на производителя.

7. Ще осигурим специални измервателни инструменти и контролни съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на Апаратурата.

8. При сключване на договора се задължаваме да проверим изправността на сервизираната апаратура и условията, при които тя работи.

9. Предлагаме гаранционен срок на доставените резервни части, както следва:

9.1 Гаранционен сервиз и поддръжка на доставените резервни части (с изключение на рентгенова тръба) - гаранционният срок на производителя, но не по-малко от 6-шест месеца.

9.2. Гаранционен сервиз и поддръжка на доставената рентгенова тръба – 12-дванадесет месеца пълна гаранция, считано от датата на монтаж на доставената рентгенова тръба и пускане в експлоатация Компютърен томограф Optima CT 580 RT, производство на GE Healthcare.

10. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване ще се осъществява с наш транспорт, който е включен в сервизната цена. Ремонтът ще се извършва на място в **КОЦ-ШУМЕН ЕООД**.

III Договорът ще се изпълнява от технически лица, които имат квалификация и опит в сервизирането на медицинска апаратура за образна диагностика.

Подаване на заявки за ремонт се извършва на следните телефони: 0800 18170
Факс: 02/870 40 02

или се изпращат на следните e-mail – адреси: hristo.hristov@ge.com

IV. Ще изпълняваме поръчката за срок от **36** (тридесет и шест) **месеца**.

Представят се оторизационни писма, издадено от производителя на медицинската апаратура – 10 бр. /с превод на бълг.език/, предмет на поръчката описана по-горе в Техническото предложение, удостоверяващо правата на участника за представителство и търговия с оригинални резервни части за тази апаратура на територията на РБългария, за периода на изпълнение на поръчката - 36 месеца.

Комисията счита, че участникът е представил в плик №1 и плик №2 всички изискеуми се към него и към подизпълнителя документи и следва да се насрочи дата и час за отваряне на плик №3, Ценово предложение.

Предвид гореизложеното и на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, комисията единодушно

Р Е Ш И :

НАСРОЧВА отваряне на плик №3, „Ценово предложение” на участника за 23.04.2015г, 09.00 часа, в офис Аптека на сградата на „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63.

Обявлени за настоящото решение да се качи в профила на купувача на Възложителя.

Комисията приключи работа в 14.00 часа.

Комисията продължава работа на 23.04.2015г, от 09.00 часа.

В заседанието на комисията не се явяват представител на участника и представители на меди и СНЦ.

Председателят на комисията отвори плик №3 Предлагаща цена.

В плика се намери надлежно попълнето ценово предложение, с подпис на управителя инж.Христо Христов и печат. В ценовото предложение участникът декларира, че ще извърши изпълнението на предмета на поръчката —: **„Цялостно сервизно обслужване**

на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на "Дженерал електрик", с включени всички разходи по обслужването - /труд на сервизни специалисти, диагностика и ремонт, , отстраняване на софтуерни проблеми, доставка и замяна на резервни части, консумативи и транспортни разходи/ и надграждане на специализиран софтуерен и хардуерен пакет, като предлага месечно абонаментно възнаграждение в размер на 15 552.98 лева, без ДДС и обща стойност на абонаментното обслужване за 36 месеца в размер на 559907.28 лева, без ДДС. В плика е приложен и магнитен диск с ценово предложение.

Комисията извърши сравняване на предложената цена с тавана на цената по обявлението в раздел II.2.1 Количество и обем на поръчката, като е вписана прогнозна стойност не повече от 560000 лева, без ДДС. Направеното ценово предложение в размер на 559907.28 лева, без ДДС отговаря на изискванията на Възложителя. Поради това и ценовото предложение следва да бъде класирано на първо място и да се предложи на Възложителя да сключи договор за обществена поръчка с участника.

По изискванията на разпоредбата на чл.72, ал.1, т.2 от ЗОП, комисията единодушно приема, че няма основание за отстраняване на участника и не прави предложение за отстраняване.

Комисията, на основание чл.72, ал.1, т.5 от ЗОП, единодушно

Р Е Ш И :

КЛАСИРА участника в процедурата „ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на първо място с предложената от него цена 559907.28 лева, без ДДС.

Настоящият протокол се подписа от всички членове на комисията, без особени мнения.

Настоящият протокол, заедно с цялата документация след подписването му се предаде на гл.счетоводител Иванка Ралева.

Комисията приключи работа в 09.30 часа.

Председател:

1.
/Ивайло Наков/

Членове:

2.
/Силвия Начева/

3.
/Калин Николов/

4.
/Жанета Доцева/

5.
/Пламен Петков /