

ПРОТОКОЛ 15

Днес, 26.01.2018г, в гр.Шумен, в кабинет Счетоводство в сградата на „Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, се проведе заседание на комисията за провеждане на процедура по ЗОП *открита* – „Доставка на медицински консумативи и реактиви по Приложение 1 за нуждите на” КОЦ-Шумен” ЕООД.

Комисията, назначена със Заповед №089/18.09.2017г., на Управителя на Възложителя започна работа в 15.00 часа в пълен състав: 1.Жанета Донева - Вътрешен одитор, Председател, 2.Михаил Ковачев – лекар ОХО, член, член 3.Румяна Великова – операционна сестра ОХО, член, 4.Първолета ПЕТЕВА маг.фармацевт, член, 5.Пламен Петков – юрист, член.

Председателят на комисията докладва получените от участниците писма и мостри, в изпълнение на решението от предходното заседание на комисията.

1.„РСР” ЕООД – представя вх.043/18.01.2017г, представя съпроводително писмо и приложена мостра по ОП №1, номенклатури №№103 и 104. Комисията приема, че искането е изпълнено изцяло и в дадения срок.

2.„Ка – М Медикал” ЕООД– представя писмо вх.№046/19.01.2018г, в което уточнява, че исканите от комисията мостри са заявени при производителя, като прилага копие от заявката за мостри по ОП №1, номенклатури №№302, 303, 304, 305. Комисията приема, че искането е изпълнено изцяло и в дадения срок.

3.„Софарма Трейдинг” АД– представя писмо вх.№042/18.01.2018г, с приложени мостри по ОП №1, номенклатури №№52, 110, 231.Комисията приема, че искането е изпълнено изцяло и в дадения срок.

4.„Агарга ЦМ” ЕООД– не представя писмо и не представя исканата мостра по ОП №1, номенклатури №№136. Предвид неизпълнение на решението, участникът следва да се предложи за отстраняване.

Комисията продължава с класирането на ценовите предложения, съобразно методиката с критерий „най-ниска цена”, като се отчетат и резултатите от проведения публично жребий, както и решенията на комисията за участници по ОП и номенклатури, които следва да бъдат предложени за отстраняване.

Комисията приключва работа в 16.30 часа.

Комисията продължава работа на 29.01.2018г, 13.00 часа.

Комисията определя следното класиране на първо място, по обособени позиции и номенклатури, както следва:

1.„Интербизнес 91” ЕООД - ОП №4, номенклатури №№ 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

2., „Омнимед” ООД - ОП №3, номенклатури №№ 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104.

3., „РСР” ЕООД– ОП №1, номенклатури №№ 70, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 126, 199, 202, 223, 238, 322.

4., „Грин БГ” ООД– ОП №3, номенклатури №№ 28, 35, 36.

5., „Ди ЕмДжи Клиник” ЕООД– ОП №3, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 41, 47, 48, 55, 106, 107.

6., „Лабекс Инженеринг” ООД– ОП №4, номенклатури №№ 162, 166, 169, 170, 171, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197.

7., „Елпак лизинг” ЕООД– ОП №1, номенклатури №№ 150, 237, 273, 286; ОП №2, номенклатури №№ 1; ОП №4, номенклатури №№ 68, 69, 70, 71, 72.

8., „Ка – М Медикал” ЕООД– ОП №1, номенклатури №№ 222, 242, 243, 293, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 305.

9., „Софарма Трейдинг” АД– ОП №1, номенклатури №№ 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 62, 64, 68, 69, 72, 73, 88, 93, 95, 96, 99, 100, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 140, 141, 144, 148, 151, 155, 156, 158, 159, 163, 164, 167, 172, 174, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 192, 196, 197, 198, 231, 233, 244, 245, 283.

10., „ЕТГ” ЕООД– ОП №4, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187.

11., „Истлинк България” ООД– ОП №1, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 50, 54, 56, 57, 59, 71, 89, 105, 120, 125, 153, 154, 173, 224, 225, 226, 227, 234, 236, 239, 250, 252, 253, 255, 256, 257, 278, 279, 325.

12., „Биомедика България” ОП №1, номенклатури №№ 123, 124, 130, 131, 132, 248.

13. „Фаркол” АД– ОП №1, номенклатури №№ 143, 147, 152, 268, 269, 271, 280, 281.

14., „Химтекс” ООД– ОП №1, номенклатури №№ 86, 87, 274, 275; - ОП №3, номенклатури №№ 33, 38, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80; ОП №4, номенклатури №№ 27.

15., „Булмар МЛ” ООД– ОП №1, номенклатури №№ 149, 157, 160, 161.

16., „ББраун Медикал” ЕООД– ОП №1, номенклатури №№ 33, 34, 67, 115, 116, 117, 119, 129, 133, 134, 135, 190, 193, 201, 203, 204, 206, 230, 232; ОП №4, номенклатури №№ 153.

17.,„МТИ Инженеринг” ООД– ОП №1, номенклатури №№ 13, 23, 60, 65, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 94, 121, 136, 138, 142, 145, 146, 165, 168, 169, 170, 171, 195, 251, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 276, 277, 282, 285, 320, 321, 323, 324, 326, 327; ОП №2, номенклатури №№ 2; - ОП №3, номенклатури №№ 29, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 53, 59, 60, 61, 88, 105; ОП №4, номенклатури №№ 12, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 82, 86, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152.

18.,„Агарта ЦМ” ЕООД– ОП №1, номенклатури №№ 8, 61, 63, 137, 139, 162, 166, 175, 176, 177, 178, 183, 194, 200, 205, 218, 219, 220.

19.,„Екос Медика” ЕООД– ОП №1, номенклатури №№ 291, 292, 301, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 316, 317.

Комисията пристъпва към изготвяне на доклад по чл.60 от ППЗОП.

УТВЪРДИЛ

с.л. 2 3312

За възложителя „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен
Управител: д-р Сотир КАРАНИКОЛОВ

Дата: 01.02. 2018г

Д О К Л А Д

на комисията за провеждане на процедура по ЗОП - *открита* –
„Доставка на медицински консумативи и реактиви по Приложение 1 за
нуждите на” КОЦ-Шумен” ЕООД.

Комисията, назначена със Заповед №089/18.09.2017г., на Управителя на Възложителя започна работа в 15.00 часа в пълен състав: 1.Жанета Донева - Вътрешен одитор, Председател, 2.Михаил Ковачев – лекар ОХО, член, член 3.Румяна Великова – операционна сестра ОХО, член, 4.Първолета ПЕТЕВА маг.фармацевт, член, 5.Пламен Петков – юрист, член, завърши работата си по изпълнение на заповедта на Възложителя, като за всяко действие се състави протокол, които протоколи да се считат за неразделна част от настоящия доклад.

Комисията взема следното,

РЕШЕНИЕ:

1.КЛАСИРА на първо място участниците по обособени позиции и номенклатури, както следва:

1.„Интербизнес 91” ЕООД - ОП №4, номенклатури №№ 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

2.„Омнимед” ООД - ОП №3, номенклатури №№ 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104.

3.„РСР” ЕООД– ОП №1, номенклатури №№ 70, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 126, 199, 202, 223, 238, 322.

4.„Грин БГ” ООД– ОП №3, номенклатури №№ 28, 35, 36.

5.„Ди ЕмДжи Клиник” ЕООД– ОП №3, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 41, 47, 48, 55, 106, 107.

6.„Лабекс Инженеринг” ООД– ОП №4, номенклатури №№ 162, 166, 169, 170, 171, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197.

7.,„Елпак лизинг” ЕООД– ОП №1, номенклатури №№ 150, 237, 273, 286; ОП №2, номенклатури №№ 1; ОП №4, номенклатури №№ 68, 69, 70, 71, 72.

8.,„Ка – М Медикал” ЕООД– ОП №1, номенклатури №№ 222, 242, 243, 293, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 305.

9.,„Софарма Трейдинг” АД– ОП №1, номенклатури №№ 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 62, 64, 68, 69, 72, 73, 88, 93, 95, 96, 99, 100, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 140, 141, 144, 148, 151, 155, 156, 158, 159, 163, 164, 167, 172, 174, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 192, 196, 197, 198, 231, 233, 244, 245, 283.

10.,„ЕТГ” ЕООД– ОП №4, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187.

11.,„Истлинк България” ООД– ОП №1, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 50, 54, 56, 57, 59, 71, 89, 105, 120, 125, 153, 154, 173, 224, 225, 226, 227, 234, 236, 239, 250, 252, 253, 255, 256, 257, 278, 279, 325.

12.,„Биомедика България– ОП №1, номенклатури №№ 123, 124, 130, 131, 132, 248.

13. „Фаркол” АД– ОП №1, номенклатури №№ 143, 147, 152, 268, 269, 271, 280, 281.

14.,„Химтекс” ООД– ОП №1, номенклатури №№ 86, 87, 274, 275; ОП №3, номенклатури №№ 33, 38, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80; ОП №4, номенклатури №№ 27.

15.,„Булмар МЛ” ООД– ОП №1, номенклатури №№ 149, 157, 160, 161.

16.,„ББраун Медикал” ЕООД– ОП №1, номенклатури №№ 33, 34, 67, 115, 116, 117, 119, 129, 133, 134, 135, 190, 193, 201, 203, 204, 206, 230, 232; ОП №4, номенклатури №№ 153.

17.,„МТИ Инженеринг” ООД– ОП №1, номенклатури №№ 13, 23, 60, 65, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 94, 121, 136, 138, 142, 145, 146, 165, 168, 169, 170, 171, 195, 251, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 276, 277, 282, 285, 320, 321, 323, 324, 326, 327; ОП №2, номенклатури №№ 2; - ОП №3, номенклатури №№ 29, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 53, 59, 60, 61, 88, 105; ОП №4, номенклатури №№ 12, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 82, 86, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152.

18.,„Агарта ЦМ” ЕООД– ОП №1, номенклатури №№ 8, 61, 63, 137, 139, 162, 166, 175, 176, 177, 178, 183, 194, 200, 205, 218, 219, 220.

19., „Екос Медика” ЕООД – ОП №1, номенклатури №№ 291, 292, 301, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 316, 317.

ПРЕДЛАГА да бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка с класираните на първо място участници.

КЛАСИРА на второ и съответните следващи места участниците по направените ценови предложения, като вписва класирането в колона „Класиране” на Таблица – Приложение №1, която да се счита неразделна част от настоящия доклад.

2.ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ участници по позиции, със съответните мотиви.

2.1.Поради несъответствия с изискванията по Техническа спецификация.

1., „Софарма Трейдинг” АД – за ОП №1, номенклатура №13 по ТС изискването е за хирургична лента 9.1мX5см. Участникът предлага хирургична лента 10мX5см; номенклатура **№63**, по ТС сонда назодуоаденални №№12-24, дължина 1.5м. Участникът предлага сондата с дължина 700мм; номенклатура **№74** по ТС изискването е за микроконтейнери за периферна кръв с ЕДТА за кръвна картина, комплект с дозираща капилярка 200мл. Участникът предлага микроконтейнера без дозираща капилярка в комплекта; за номенклатура **№82**, по ТС епруветка като изискването е за liheparin 2.0-3.0мл./по номенклатура **№83**, игли комплект с холдери с №№21,22J, стерилни, съвместими с епруветките за серум и биохимия/. Предложената от участника епруветка не е съвместима с иглите по номенклатура **№83**; номенклатура **№146**, по ТС се изисква хирургични ръкавици от натурален гумен латекс, с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване. № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 в опаковка. Участникът предлага хирургични ръкавици, които нямат полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна; номенклатура **№199**, интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори. Универсална гравитационна интравенозна система с пластмасова игла, за твърди и деформируеми контейнери, с регулатор градуиран за точно дозиране на мл/ч, клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче, капкова камера за 20 капки = 1 мл; 15 µm фил, дължина 150 см. Участникът представя мостра необорудвана с клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче.

2., „Истлинк България” ООД - номенклатура №27, по ТС стерилна самофиксираща се превръзка 25X10см, със заоблени краища, с подложка 20.5X5.5см. Участникът предлага подложка с друг размер - 20X5см, без заоблени краища; ОП №1, номенклатура **№44**, марлен бинт 5/5, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата

не са завършени; ОП №1, номенклатура №45, марлен бинт 10/10, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; ОП №1, номенклатура №46, марлен бинт 10/16, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; номенклатура №63, по ТС сонда назодуоаденални №№12-24, дължина 1.5м. Участникът предлага сондата с дължина 1.25м; номенклатура №144, по ТС хирургични стерилни ръкавици №№5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици с две СЕ сертификации като мед. изделия и като ЛПС, от чист, натурален латекс, без пудра, съдържание на водо-разтворими протеини < 30µг/г, в съотв. с EN455 и EN374, без съдържание на меркаптобензотиазоли и тиурами, AQL 0,65, издръжливост на сила на опън $\geq 9,0$ N, р-ри 5,5 - 9

Дебелина на маншет 0,18 мм, дебелина на дланта 0,20 мм, дебелина на върха на пръста 0,22 мм, дължина 295 мм, без пудра. Участникът предлага мостра с пудра. Номенклатура №146, по ТС се изисква хирургични ръкавици от натурален гумен латекс, с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 в опаковка. Участникът предлага хирургични ръкавици, които нямат полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна.

3., „Фаркол” АД - номенклатура №144, по ТС хирургични стерилни ръкавици №№5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици с две СЕ сертификации като мед. изделия и като ЛПС, от чист, натурален латекс, без пудра, съдържание на водо-разтворими протеини < 30µг/г, в съотв. с EN455 и EN374, без съдържание на меркаптобензотиазоли и тиурами, AQL 0,65, издръжливост на сила на опън $\geq 9,0$ N, р-ри 5,5 - 9

Дебелина на маншет 0,18 мм, дебелина на дланта 0,20 мм, дебелина на върха на пръста 0,22 мм, дължина 295 мм, без пудра. Участникът предлага мостра от характеристиката на която е видно, че отговаря на изискването хирургичните ръкавици да са от латекс, без талк. В характеристиката липсват данни, дали ръкавиците отговарят на останалите изисквания по ТС; номенклатура №146, по ТС се изисква хирургични ръкавици от натурален гумен латекс, с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 в опаковка. Участникът предлага хирургични ръкавици, които нямат полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна; номенклатура №240, мускулна игла, по ТС №G21 0,80 x120mm. Участникът предлага дължина на иглата 30мм; номенклатура №241, мускулна игла, по ТС №20G x2,75 0,90x70mm. Участникът предлага дължина на иглата 30мм.

4., „Химтекс” ООД - номенклатура №74 по ТС изискването е за микроконтейнери за периферна кръв с ЕДТА за кръвна картина, комплект с дозираща капилярка 200мл. Участникът предлага микроконтейнера, като при техническо изпробване микроконтейнерът не се задържа в гнездото на

апарата за кръвни изследвания; за номенклатура №82, по ТС епруветка като изискването е за liheparin 2.0-3.0мл./по номенклатура №83, игли комплект с холдери с №№21,22J, стерилни, съвместими с епруветките за серум и биохимия/. Предложената от участника епруветка не е съвместима с иглите по номенклатура №83. По ОП №1, номенклатура №280, турникет, по ТС автоклавируем. Участникът представя мостра турникет от латекс.

5. „Булмар МЛ” ООД – ОП №1, номенклатура №44, марлен бинт 5/5, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; ОП №1, номенклатура №45, марлен бинт 10/10, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; номенклатура №46, марлен бинт 10/16, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; номенклатура №155 стерилен еднократен операционен комплект за коремни операции, по ТС се изисква да съдържа 1 чаршаф за опер. Маса 140 x 190 см, 1 чувал за маса за инструменти 80 x 145 см, 2 лепящи чаршафа 75 x 90 см, 1 лепящ чаршаф 200 x 175 см, 1 лепящ чаршаф 150 x 240 см, 4 кърпи 33 x 33 см, 1 лепяща лента 10 x 50 см съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи. Участникът предлага чаршафи с различни размери на мострата – за операционна маса 150X200см, чувал за маса за инструменти 75X105, лепящ чаршаф 175X175см, лепяща лента 9X51см; номенклатура №158 стерилни еднократни престилки размер М-XXL, който следва по ТС да съдържа стерилна престилка, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери М, L, XL, XXL. Участникът предлага комплект, който не съдържа комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието; номенклатура №159 стерилни еднократни престилки размер М-XXL, който следва по ТС да съдържа стерилна престилка с допълнителни усиленни зони в предната част и на ръкавите, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери М, L, XL, XXL. Участникът предлага комплект, който не съдържа комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, номенклатура №163, еднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 75 x 90 см, 30 бр./кашон. По ТС се изисква да са от мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част 50X50 см, Участникът не предлага лепяща част; номенклатура №164,

еднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 75 x 90 см, 30 бр./кашон. По ТС се изисква да са от мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част, Участникът не предлага лепяща част. Номенклатура №166, еднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 150 x 240 см, 8 бр./кашон. По ТС да са мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част 150 x 240 см, Предлаганата мостра няма лепяща част.

6., „ББраун Медикал” ЕООД- номенклатура №144, по ТС хирургични стерилни ръкавици №№5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици с две СЕ сертификации като мед. изделия и като ЛПС, от чист, натурален латекс, без пудра, съдържание на водо-разтворими протеини < 30µг/г, в съотв. с EN455 и EN374, без съдържание на меркаптобензотиазоли и тиурами, AQL 0,65, издръжливост на сила на опън $\geq 9,0$ N, р-ри 5,5 - 9

Дебелина на маншет 0,18 мм, дебелина на дланта 0,20 мм, дебелина на върха на пръста 0,22 мм, дължина 295 мм, без пудра. Участникът предлага мостра за номенклатури 143 до 146, включително. От характеристиката на която е видно, че отговаря на изискването хирургичните ръкавици да са от латекс, без талк. В характеристиката липсват данни, дали ръкавиците отговарят на останалите изисквания по ТС. Номенклатура №145, по ТС се изисква хирургични ръкавици от натурален гумен латекс покрити с алое вера, с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 в опаковка. Участникът предлага хирургични ръкавици, които не са покрити с алое вера и нямат полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна; Номенклатура №146, по ТС се изисква хирургични ръкавици от натурален гумен латекс, с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 в опаковка. Участникът предлага хирургични ръкавици, които нямат полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна; номенклатура №222, колостомна торба, по ТС голяма мека плочка с екстракт от алое, прозрачна, самозалепваща се, изрязване до 70мм ширина и 55мм дълбочина. Участникът представя мостра, която не съдържа екстракт с алое, като не е показана дълбочината от 55мм; номенклатура №223 колостомна /илиостомна/ торба, по ТС се изисква едно-компонентна източваща се торбичка. Овално оформен фланец за по-добро сцепление. Обогатена с медицински Манука Мед с анти-бактериални свойства за подтискане на възпаления. С филтър за премахване на миризмите. С вградена система за затваряне (велкро) за лесен дренаж. С разделен заден капак за по-лесно позициониране на торбата и мониторинг на изхода. Участникът представя мостра без филтър за премахване на миризмите и без вградена система за затваряне (велкро) за лесен дренаж.

7.,,МТИ Инжинеринг” ООД – ОП №1, номенклатура №16. По ТС се изисква стерилна памперсова атравматична превръзка 20X10см. Участникът предлага 22X10см.; номенклатура **№24**, по ТС стерилна самофиксираща се превръзка 10X8см, с подложка 6.5X3.8см.Участникът предлага подложка с друг размер 6X3.8см; номенклатура **№25**, по ТС стерилна самофиксираща се превръзка 15X8см, със заоблени краища с подложка 11X3.8см.Участникът предлага подложка с друг размер 10X4см, без заоблени краища; номенклатура **№26**, по ТС стерилна самофиксираща се превръзка 20X10м, с подложка 16X5.5см.Участникът предлага подложка с друг размер 16X5см; номенклатура **№27**, по ТС стерилна самофиксираща се превръзка 25X10м, с подложка 20.5X5.5см.Участникът предлага подложка с друг размер – 21X5см.; номенклатура **№28**, по ТС стерилна самофиксираща се превръзка 35X10см, с подложка 30.5X5.5см.Участникът предлага подложка с друг размер 32X5см, без заоблени ръбове; номенклатура **№107, 108, 109, 110, 111, 112, 113** по ТС канюли за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. Участникът предлага изделието без инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм; номенклатура **№139**, по ТС нестерилни ръкавици от синтетичен нитрил, нестерилни предпазни ръкавици за работа с цитостатици с удължен маншет. Участникът предлага ръкавиците, които нямат удължен маншет; номенклатура **№190** система за перфузор, по ТС се изисква: удължител за перфузор 150 см, съвместим с перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1,5мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, луер-лок винтови връзки-без съдържание на LATEX ; DENP. Участникът представя мостра със съдържание на DENP, с което не отговаря на ТС. ОП №3, номенклатура **№51**, по ТС – лепило за покривни стъкла, подходящо за ИХХ, с изискване за опаковка до 50мл. Участникът предлага различно опаковка от 100мл, несъвместима за системата.

8.,,Агарта ЦМ” ЕООД - ОП №1, номенклатура №44, марлен бинт 5/5, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; ОП №1, номенклатура **№45**, марлен бинт 10/10, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; номенклатура **№46**, марлен бинт 10/16, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; номенклатура **№144**, по ТС хирургични стерилни ръкавици №№5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици с две CE сертификации като мед. изделия и като ЛПС, от чист, натурален латекс, без пудра, съдържание на водо-разтворими протеини < 30µг/г, в съотв. с EN455 и EN374, без съдържание на меркаптобензотиазоли и тиурами, AQL 0,65, издръжливост на сила на опън ≥9,0 N, р-ри 5,5 - 9

Дебелина на маншет 0,18 мм, дебелина на дланта 0,20 мм, дебелина на върха на пръста 0,22 мм, дължина 295 мм, **без пудра**. Участникът предлага мостра с пудра. Номенклатура **№146**, по ТС се изисква хирургични ръкавици от натурален гумен латекс, с полимерен слой против

навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване. № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 в опаковка. Участникът предлага хирургични ръкавици, които нямат полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна; номенклатура №155 стерилен еднократен операционен комплект за коремни операции, по ТС се изисква да съдържа 1 чаршаф за опер. Маса 140 x 190 см, 1 чувал за маса за инструменти 80 x 145 см, 2 лепящи чаршафа 75 x 90 см, 1 лепящ чаршаф 200 x 175 см, 1 лепящ чаршаф 150 x 240 см, 4 кърпи 33 x 33 см, 1 лепяща лента 10 x 50 см съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи. Участникът предлага лепящ чаршаф 170X175 и лепяща лента 9X50см; номенклатура №156, стерилен еднократен операционен комплект за лапароскопски процедури при пациент в легнала позиция с разтворени крака, по ТС се изисква 1 чаршаф за операционна маса 140 x 190 см, 1 чувал за маса за инструменти 80 x 145 см, 1 лапароскопски чаршаф с крачоли и с прозрачен джоб за инструменти 300 x 250 см, 2 кърпи 33 x 33 см съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи. Участникът предлага мостра с размери на прозрачни джоб за инструменти 300X260см; номенклатура №158 стерилни еднократни престилки размер М-XXL, който следва по ТС да съдържа стерилна престилка, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери М, L, XL, XXL. Участникът предлага комплект, който не съдържа комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието; номенклатура №159 стерилни еднократни престилки размер М-XXL, който следва по ТС да съдържа стерилна престилка с допълнителни усиленни зони в предната част и на ръкавите, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери М, L, XL, XXL. Участникът предлага комплект, който не съдържа комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието; номенклатура №163, еднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 75 x 90 см, 30 бр./кашон. По ТС се изисква да са от мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част 50X50 см, Участникът не предлага лепяща част, стерилният чаршаф е с отвор и размер 50X60см; номенклатура №164, еднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 75 x 90 см, 30 бр./кашон. По ТС се изисква да са от мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част, Участникът не предлага лепяща част;

номенклатура №165, еднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 150 x 175 см, 9 бр./кашон. По ТС се изисква да са от мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част 150 x 175 см, 9 бр./кашон. Участникът предлага мостра с размер различен – 150X200см; номенклатура №190 система за перфузор, по ТС се изисква: удължител за перфузор 150 см, съвместим с перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1,5мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, луер-лок винтови връзки-без съдържание на LATEX ; DEHP. Участникът представя мостра със съдържание на DEHP, с което не отговаря на ТС; номенклатура №193 интравенозна система, по ТС се изисква: полиуретан за вливане на цитостатици, с пластмасова игла с въздуховзимащ канал с бактериален филтър и капаче; винтова връзка към пациента; не съдържаща DEHP и PVC, снабдена с филтър за бактерии и частици 0.2 µm. Участникът представя мостра, която съдържа DEHP и PVC; номенклатура №199, интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори. Универсална гравитационна интравенозна система с пластмасова игла, за твърди и деформируеми контейнери, с регулатор градуиран за точно дозиране на мл/ч, клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче, капкова камера за 20 капки = 1 мл; 15 µm фил, дължина 150 см. Участникът представя мостра необорудвана с клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче; номенклатура №204, еднопортова свързваща система между контейнер и трипортова система за инфузия, по ТС устойчива на цитостатици с възвратни клапи на всеки порт, допълнителен инжекционен порт за добавки без игла. Да не съдържа DEHP и латекс. Участникът предлага мостра със съдържание на DEHP и латекс.

9.,,PCP” ЕООД - номенклатура №190 система за перфузор, по ТС се изисква: удължител за перфузор 150см, съвместим с перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1.5мм, обем за обезвъздушаване 2.6мл, луер – лак, винтови връзки – без съдържание на латекс и DEHP. Участникът представя мостра, която съдържа DEHP. Номенклатура №193, интравенозна система от полиуретан за вливане на цитостатици с пластмасова игла с въздуховзимащ канал с бактериален филтър и капаче, винтова връзка към пациента: не съдържаща DEHP и PVC, снабдена с филтър. Участникът предлага мостра с DEHP и PVC.

2.2. Поради непредставяне на мостри или представяне на мостри, неотговарящи на Техническа спецификация.

2.,,Елпак лизинг” ЕООД – представя кашон вх. №398/07.12.2017г. В него се намери писмо и мостри апарат за кръвно налягане по номенклатура №№ 237. Не представя мостра по номенклатура №284, поради липса на складова наличност. Следва да бъде предложен за отстраняване по номенклатурата.

4.,„Софарма Трейдинг” АД – представя плик вх. №399/07.12.2017г, в него се намери писмо относно поисканите мостри и пакет хартия по номенклатура №282. ЕКГ хартия 80X70X315мм, по ТС. Представената мостра е с размери 210X280X200мм, което е в отклонение на ТС. Не представя мостра по номенклатура №№ 231. Следва да бъде предложен за отстраняване по номенклатурите.

5.,„Истлинк България” ООД – в дадения срок участникът не представя мостри по номенклатури №№ 188, 284 и следва да бъде предложен за отстраняване.

6.,„МТИ Инжинеринг” ООД – представя писмо вх.№397/07.12.2017г и 3бр мостри по номенклатури №№ 23, 145. Представя мостра по номенклатура №165, с изричното указание, че не отговаря по размер на ТС. Следва да бъде предложен за отстраняване по номенклатурата.

2.3.Поради непотвърждаване на цена при представяне на писмена обосновка.

1.,„Елпак лизинг” ЕООД – представя писмо вх.№ 008/04.01.2018г, от Пламен Калайджиев, управител. В писмото участникът мотивира: потвърждава предложените цени по ОП №1, номенклатури №№ 96, 150, 273, 283; по ОП №4, номенклатури №№ 68, 69, 70, 71, 72. Участникът е оторизиран представител за България на предложените изделия, при условията на директен внос, което дава възможност за формиране на преференциални цени. Изключително благоприятни условия – уговорени специални тръжни цени с производителите за участието в настоящата процедура; залага минимална печалба, при голям оборот с максимален брой клиенти. Прави уточнение, че за ОП №1, номенклатура №283 има допусната техническа грешка и не следва комисията да я взема предвид. Ще следва участникът да бъде **предложен за отстраняване** по тази номенклатура.

2.4.Поради неизпълнение искането на комисията за представяне на мостра.

1.,„Агарта ЦМ” ЕООД– не представя писмо и не представя исканата мостра по ОП №1, номенклатури №№136.

3.Липсват направени предложения от участници за следните номенклатури, по обособени позиции:

1.ОП №1, номенклатури №№ 90, 91, 97, 127, 128, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 228, 229, 235, 246, 247, 249, 270, 272, 287, 288, 289, 290, 298, 299, 300, 314, 315, 318, 319.

2.ОП №2, номенклатури №№ 3, 4, 5, 6, 7.

3.ОП №4, номенклатури №№ 16, 56, 57, 67, 110, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 150, 154.

Настоящият доклад се подписва от всички членове на комисията, без особено мнение.

Към настоящият доклад се прилагат протоколите за работата на комисията, декларациите на членовете на комисията, уведомленията на участниците, както и всички документи по обявяване и провеждане на обществената поръчка, които да се считат неразделна част от документацията на поръчката и от доклада.

Комисията приключва работа с изготвяне на настоящия доклад и с цялата документация се предава на Иванка Ралева – Главен счетоводител, упълномощено лице от Възложителя.

Комисията приключи раб _____ часа.

Предсе _____

1.....
/Жанета Донева/

Членове: _____

2.....
/д-р Михаил Ковачев/

3.....
/м.с.Рум/

4.....
/Първоле/

5.....
/Пл/