

ПРОТОКОЛ - 5

Днес, 30.10.2017г., в гр.Шумен, в кабинет Счетоводство в сградата на „Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, се проведе заседание на комисията за провеждане на процедура по ЗОП ~~открито~~ – „Доставка на медицински консумативи и реактиви по Приложение 1” за нуждите на ” КОЦ-Шумен” ЕООД.

Комисията, назначена със Заповед №089/18.09.2017г., на Управителя на Възложителя започна работа в 10.00 часа в пълен състав: 1.Жанета Донева - Вътрешен одитор, Председател, 2.Михаил Ковачев – лекар ОХО, член, член 3.Румяна Великова – операционна сестра ОХО, член, 4.Първолета ПЕТЕВА маг.фармацевт, член, 5.Пламен Петков – юрист, член.

Председателят на комисията докладва направеното съобщение за отваряне на ценовите предложения.

В заседанието на комисията не се явяват представители на участниците, медиите и СНЦ.

1.„Интербизнес 91” ЕООД– Отвори се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за ОП №1, номенклатури №№4, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

2.„Омнимед” ООД– Отвори се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за ОП №3, номенклатури №№ 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

3.„РСР” ЕООД– Отвори се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, ОП №1, номенклатури №№ 55, 56, 64, 68, 69, 70, 88, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 118, 119, 122, 126, 134, 135, 149, 189, 190, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 222, 223, 233, 238, 239, 322, 323. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

4.„Грин БГ” ООД– Отвори се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, ОП №3, номенклатури №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; по ОП №4, номенклатура №38. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

5.„Ди ЕмДжи Клиник” ЕООД – Отвори се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, по ОП №3, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 105, 106, 107. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

6. „Лабекс Инжинеринг” ООД– Комисията констатира, че на плика на ценовото предложение неправилно е адресиран „До ДКЦ 1-Шумен ЕООД. Отвори се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, с посочен предмет на поръчката „Доставка на медицински консумативи и реактиви по Приложение 1” за нуждите на ” КОЦ-Шумен” ЕООД. Образец №3 е правилно попълнен по ОП №4, номенклатури 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

7. „Елпак лизинг” ЕООД– Отвори се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за ОП №3, ОП №1, номенклатури №№ 96, 147, 148, 150, 153, 154, 191, 192, 196, 227, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 273, 280, 281, 282, 283, 284, 285 и 286, ОП №2, номенклатури №№ 1, 2, ОП №4, номенклатури №№ 4, 68, 69, 70, 71, 72, 153. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

8. „Ка – М Медикал” ЕООД– Отвори се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за ОП №1, номенклатури №№ 222, 242, 243, 271, 293, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 305, 306, 307. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

9. „Софарма Трейдинг” АД– Отвори се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за ОП №1, номенклатури №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 82, 86, 88, 93, 95, 96, 99, 100, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 125, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 227, 231, 232, 233, 239, 244, 245, 268, 271, 282, 283. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

10. „ЕТГ” ЕООД– Отвори се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за ОП №4, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

11., „Истлинк България” ООД– Отвориха се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за ОП №1, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 20, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 71, 88, 89, 94, 95, 96, 99, 105, 118, 120, 122, 125, 138, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 188, 189, 191, 192, 196, 197, 198, 224, 225, 226, 227, 233, 234, 236, 239, 244, 245, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 268, 269, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 322, 324, 325, 326, 327. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

12., „Биомедика България” – Отвориха се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за ОП №1, номенклатури №№ 123, 124, 125, 130, 131, 132, 248. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

13. ЕООД „Фаркол” АД– Отвориха се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за ОП №1, номенклатури №№ 13, 14, 19, 20, 21, 54, 88, 93, 114, 118, 122, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 191, 196, 197, 240, 241, 268, 269, 271, 280, 281. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

14., „Химтекс” ООД– Отвориха се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за ОП №1, номенклатури №№ 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281; по ОП №2, номенклатури №№ 1,2; по ОП №3, номенклатури №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80; по ОП №4, номенклатури №№ 27, 28. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

15., „Булмар МЛ” ООД– Отвориха се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за ОП №1, номенклатури №№ 3, 4, 5, 6, 44, 45, 46, 53, 149, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 271; за ОП №3, номенклатури №№ 78, 79, 80. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

16., „ББраун Медикал” ЕООД– Отвориха се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за по ОП №1, номенклатури №№ 22, 29, 33, 34, 39, 54, 57, 58, 67, 92, 93, 94, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 184, 185, 186, 187, 190, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 222, 223, 230, 231, 232, 273; за ОП №4, номенклатури №№ 153. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

17.,„МТИ Инжинеринг” ООД– Отвори се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за ОП №1, номенклатури №№ 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 123, 124, 126, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 162, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 201, 227, 233, 234, 238, 239, 244, 245, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327; ОП №2, номенклатури №№1 и 2; ОП №3, номенклатури №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 88, 105, 107; по ОП №4, номенклатури №№ 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

18.,„Агарта ЦМ” ЕООД– Отвори се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за ОП №1, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 88, 92, 93, 95, 96, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 218, 219, 220. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

19.,„Екос Медика” ЕООД– Отвори се ценовите параметри, представени в плик, в плика се намери диск и попълнена таблица Образец №3, за по ОП №1, номенклатури №№ 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 316, 317. Председателят огласи направените ценови предложения по номенклатурите.

Комисията продължава работа с нанасяне на представените ценови параметри по позиции и номенклатури, сравняване на всяко ценово предложение със средната стойност на предложенията от всички участници.

Комисията приключи работа в 13.30 часа.

Комисията започва работа в пълен състав на 28.11.2017г, 10.00 часа с преглед на представените мостри за наличност, окомплектовка и съответствие с параметрите по Техническата спецификация. Направени бяха следните констатации:

1., РСР” ЕООД - номенклатура №190 система за перфузор, по ТС с изисква: удължител за перфузор 150см, съвместим с перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1.5мм, обем за обезвъздушаване 2.6мл, луер – лак, винтови връзки – без съдържание на латекс и ДЕНР. Участникът представя мостра, която съдържа ДЕНР. Номенклатура №193, интравенозна ситстема от полиуретан за вливане на цитостатици с пластмасова игла с въздуховзимащ канал с бактериален филтър и капаче, винтова връзка към пациента: несъдържаща ДЕНР и PVC, снабдена с филтър. Участникът предлага мостра с ДЕНР и PVC.

2., Софарма Трейдинг” АД – за ОП №1, номенклатура №13 по ТС изискването е за хирургична лента 9.1мX5см. Участникът предлага хирургична лента 10мX5см; номенклатура №63, по ТС сонда назодуoadенални №№12-24, дължина 1.5м. Участникът предлага сондата с дължина 700мм; номенклатура №74 по ТС изискването е за микроконтейнери за периферна кръв с ЕДТА за кръвна картина, комплект с дозираща капилярка 200мл. Участникът предлага микроконтейнера без дозираща капилярка в комплекта; за номенклатура №82, по ТС епруветка като изискването е за liheparin 2.0-3.0мл./по номенклатура №83, игли комплект с холдери с №№21,22J, стерилни, съвместими с епруветките за серум и биохимия/. Предложената от участника епруветка не е съвместима с иглите по номенклатура №83; оменклатура №146, по ТС се изисква хирургични ръкавици от натурален гумен латекс, с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 в опаковка. Участникът предлага хирургични ръкавици, които нямат полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна; номенклатура №199, интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори. Универсална гравитационна интравенозна система с пластмасова игла, за твърди и деформируеми контейнери, с регулатор градуиран за точно дозиране на мл/ч, клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче, капкова камера за 20 капки = 1 мл; 15 µm фил, дължина 150 см. Участникът представя мостра необорудвана с клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче.

3., Истлинк България” ООД - номенклатура №27, по ТС стерилна самофиксираща се превръзка 25X10см, със заоблени краища, с подложка 20.5X5.5см. Участникът предлага подложка с друг размер - 20X5см, без заоблени краища; ОП №1, номенклатура №44, марлен бинт 5/5, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; ОП №1, номенклатура №44, марлен бинт 10/10, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; ОП №1, номенклатура №46, марлен бинт 10/16, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; номенклатура №63, по ТС сонда назодуoadенални №№12-24, дължина 1.5м. Участникът предлага сондата с дължина 1.25м; номенклатура №144, по ТС хирургични стерилни ръкавици №№5.5, 6, 6.5,

7, 7.5, 8, 8.5, 9 Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици с две СЕ сертификации като мед. изделия и като ЛПС, от чист, натурален латекс, без пудра, съдържание на водо-разтворими протеини < 30µг/г, в съотв. с EN455 и EN374, без съдържание на меркаптобензотиазоли и тиурами, AQL 0,65, издръжливост на сила на опън $\geq 9,0$ N, р-ри 5,5 - 9

Дебелина на маншет 0,18 мм, дебелина на дланта 0,20 мм, дебелина на върха на пръста 0,22 мм, дължина 295 мм, без пудра. Участникът предлага мостра с пудра. Номенклатура №146, по ТС се изисква хирургични ръкавици от натурален гумен латекс, с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 в опаковка. Участникът предлага хирургични ръкавици, които нямат полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна.

4., „Фаркол” АД - номенклатура №144, по ТС хирургични стерилни ръкавици №№5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици с две СЕ сертификации като мед. изделия и като ЛПС, от чист, натурален латекс, без пудра, съдържание на водо-разтворими протеини < 30µг/г, в съотв. с EN455 и EN374, без съдържание на меркаптобензотиазоли и тиурами, AQL 0,65, издръжливост на сила на опън $\geq 9,0$ N, р-ри 5,5 - 9

Дебелина на маншет 0,18 мм, дебелина на дланта 0,20 мм, дебелина на върха на пръста 0,22 мм, дължина 295 мм, без пудра. Участникът предлага мостра от характеристиката на която е видно, че отговаря на изискването хирургичните ръкавици да са от латекс, без талк. В характеристиката липсват данни, дали ръкавиците отговарят на останалите изисквания по ТС; номенклатура №146, по ТС се изисква хирургични ръкавици от натурален гумен латекс, с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 в опаковка. Участникът предлага хирургични ръкавици, които нямат полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна; номенклатура №240, мускулна игла, по ТС №G21 0,80 x120mm. Участникът предлага дължина на иглата 30мм; номенклатура №241, мускулна игла, по ТС №20G x2,75 0,90x70mm. Участникът предлага дължина на иглата 30мм.

5., „Химтекс” ООД - номенклатура №74 по ТС изискването е за микроконтейнери за периферна кръв с ЕДТА за кръвна картина, комплект с дозираща капилярка 200мл. Участникът предлага микроконтейнера, като при техническо изпробване микроконтейнерът не се задържа в гнездото на апарата за кръвни изследвания; за номенклатура №82, по ТС епруветка като изискването е за heparin 2.0-3.0мл./по номенклатура №83, игли комплект с холдери с №№21,22J, стерилни, съвместими с епруветките за серум и биохимия/. Предложената от участника епруветка не е съвместима с иглите по номенклатура №83.

6., „Булмар МЛ” ООД – ОП №1, номенклатура №44, марлен бинт 5/5, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но

краищата не са завършени; ОП №1, номенклатура №45, марлен бинт 10/10, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; номенклатура №46, марлен бинт 10/16, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; номенклатура №155 стерилен еднократен операционен комплект за коремни операции, по ТС се изисква да съдържа

1 чаршаф за опер. Маса 140 x 190 см, 1 чувал за маса за инструменти 80 x 145 см, 2 лепящи чаршафа 75 x 90 см, 1 лепящ чаршаф 200 x 175 см, 1 лепящ чаршаф 150 x 240 см, 4 кърпи 33 x 33 см, 1 лепяща лента 10 x 50 см съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи. Участникът предлага чаршафи с различни размери на мострата – за операционна маса 150X200см, чувал за маса за инструменти 75X105, лепящ чаршаф 175X175см, лепяща лента 9X51см; номенклатура №158 стерилни еднократни престилки размер М-XXL, който следва по ТС да съдържа стерилна престилка, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери М, L, XL, XXL. Участникът предлага комплект, който не съдържа комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието; номенклатура №159 стерилни еднократни престилки размер М-XXL, който следва по ТС да съдържа стерилна престилка с допълнителни усиленни зони в предната част и на ръкавите, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери М, L, XL, XXL. Участникът предлага комплект, който не съдържа комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, номенклатура №163, еднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 75 x 90 см, 30 бр./кашон. По ТС се изисква да са от мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част 50X50 см, Участникът не предлага лепяща част; номенклатура №164, еднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 75 x 90 см, 30 бр./кашон. По ТС се изисква да са от мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част, Участникът не предлага лепяща част. Номенклатура №166, еднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 150 x 240 см, 8 бр./кашон. По ТС да са мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част 150 x 240 см, Предлаганата мостра няма лепяща част; номенклатура №280, турникет, по ТС автоклавируем. Участникът представя мостра турникет от латекс.

7., „ББраун Медикал” ЕООД- номенклатура №144, по ТС хирургични стерилни ръкавици №№5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици с две СЕ сертификации като мед. изделия и като ЛПС, от чист, натурален латекс, без пудра, съдържание на водо-разтворими протеини < 30µг/г, в съотв. с EN455 и EN374, без съдържание на меркаптобензотиазоли и тиурами, AQL 0,65, издръжливост на сила на опън $\geq 9,0$ N, р-ри 5,5 - 9

Дебелина на маншет 0,18 мм, дебелина на дланта 0,20 мм, дебелина на върха на пръста 0,22 мм, дължина 295 мм, без пудра. Участникът предлага мостра за номенклатури 143 до 146, включително. От характеристиката на която е видно, че отговаря на изискването хирургичните ръкавици да са от латекс, без талк. В характеристиката липсват данни, дали ръкавиците отговарят на останалите изисквания по ТС. Номенклатура **№145,** по ТС се изисква хирургични ръкавици от натурален гумен латекс покрити с алое вера, с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 в опаковка. Участникът предлага хирургични ръкавици, които не са покрити с алое вера и нямат полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна; Номенклатура **№146,** по ТС се изисква хирургични ръкавици от натурален гумен латекс, с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 в опаковка. Участникът предлага хирургични ръкавици, които нямат полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна; номенклатура **№222,** колостомна торба, по ТС голяма мека плочка с екстракт от алое, прозрачна, самозалепваща се, изрязване до 70мм ширина и 55мм дълбочина. Участникът представя мостра, която не съдържа екстракт с алое, като не е показана дълбочината от 55мм; номенклатура **№223** колостомна /илиостомна/ торба, по ТС се изисква едно-компонентна източваща се торбичка. Овално оформен фланец за по-добро сцепление. Обогатена с медицински Манука Мед с анти-бактериални свойства за подтискане на възпаления. С филтър за премахване на миризмите. С вградена система за затваряне (велкро) за лесен дренаж. С разделен заден капак за по-лесно позициониране на торбата и мониторинг на изхода. Участникът представя мостра без филтър за премахване на миризмите и без вградена система за затваряне (велкро) за лесен дренаж.

8., „МТИ Инжинеринг” ООД – ОП №1, номенклатура №16. По ТС се изисква стерилна памперсова атравматична превръзка 20X10см. Участникът предлага 22X10см.; номенклатура №24, по ТС стерилна самофиксираща се превръзка 10X8см, с подложка 6.5X3.8см. Участникът предлага подложка с друг размер 6X3.8см; номенклатура №25, по ТС стерилна самофиксираща се превръзка 15X8см, със заоблени краища с подложка 11X3.8см. Участникът предлага подложка с друг размер 10X4см, без заоблени краища; номенклатура №26, по ТС стерилна самофиксираща се превръзка 20X10м, с подложка 16X5.5см. Участникът предлага

подложка с друг размер 16X5см; номенклатура №27, по ТС стерилна самофиксираща се превръзка 25X10м, с подложка 20.5X5.5см. Участникът предлага подложка с друг размер – 21X5см.; номенклатура №28, по ТС стерилна самофиксираща се превръзка 35X10см, с подложка 30.5X5.5см. Участникът предлага подложка с друг размер 32X5см, без заоблени ръбове; номенклатура №107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 по ТС канюли за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. Участникът предлага изделието без инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм; номенклатура №139, по ТС нестерилни ръкавици от синтетичен нитрил, нестерилни предпазни ръкавици за работа с цитостатици с удължен маншет. Участникът предлага ръкавиците, които нямат удължен маншет; номенклатура №190 система за перфузор, по ТС се изисква: удължител за перфузор 150 см, съвместим с перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1,5мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, луер-лок винтови връзки-без съдържание на LATEX ; DENP. Участникът представя мостра със съдържание на DENP, с което не отговаря на ТС.

9., „Агарта ЦМ” ЕООД - ОП №1, номенклатура №44, марлен бинт 5/5, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; ОП №1, номенклатура №45, марлен бинт 10/10, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; номенклатура №46, марлен бинт 10/16, със завършени краища. Участникът предлага същия марлен бинт, но краищата не са завършени; номенклатура №144, по ТС хирургични стерилни ръкавици №№5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици с две CE сертификации като мед. изделия и като ЛПС, от чист, натурален латекс, без пудра, съдържание на водо-разтворими протеини < 30µг/г, в съотв. с EN455 и EN374, без съдържание на меркаптобензотиазоли и тиурами, AQL 0,65, издръжливост на сила на опън ≥9,0 N, р-ри 5,5 - 9

Дебелина на маншет 0,18 мм, дебелина на дланта 0,20 мм, дебелина на върха на пръста 0,22 мм, дължина 295 мм, **без пудра**. Участникът предлага мостра с пудра. Номенклатура №146, по ТС се изисква хирургични ръкавици от натурален гумен латекс, с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна защита и с маншет против смъкване № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 по 50 в опаковка. Участникът предлага хирургични ръкавици, които нямат полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна; номенклатура №155 стерилен еднократен операционен комплект за коремни операции, по ТС се изисква да съдържа 1 чаршаф за опер. Маса 140 x 190 см, 1 чувал за маса за инструменти 80 x 145 см, 2 лепящи чаршафа 75 x 90 см, 1 лепящ чаршаф 200 x 175 см, 1 лепящ чаршаф 150 x 240 см, 4 кърпи 33 x 33 см, 1 лепяща лента 10 x 50 см съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи. Участникът предлага лепящ чаршаф 170X175 и лепяща лента 9X50см; номенклатура №156, стерилен еднократен операционен комплект за

лапароскопски процедури при пациент в легнала позиция с разтворени крака, по ТС се изисква 1 чаршаф за операционна маса 140 x 190 см, 1 чувал за маса за инструменти 80 x 145 см, 1 лапароскопски чаршаф с крачоли и с прозрачен джоб за инструменти 300 x 250 см, 2 кърпи 33 x 33 см съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи. Участникът предлага мостра с размери на прозрачни джоб за инструменти 300X260см; номенклатура №158 стерилни еднократни престилки размер М-XXL, който следва по ТС да съдържа стерилна престилка, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери М, L, XL, XXL. Участникът предлага комплект, който не съдържа комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието; номенклатура №159 стерилни еднократни престилки размер М-XXL, който следва по ТС да съдържа стерилна престилка с допълнителни усиленни зони в предната част и на ръкавите, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери М, L, XL, XXL. Участникът предлага комплект, който не съдържа комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието; номенклатура №163, еднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 75 x 90 см, 30 бр./кашон. По ТС се изисква да са от мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част 50X50 см, Участникът не предлага лепяща част, стерилният чаршаф е с отвор и размер 50X60см; номенклатура №164, еднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 75 x 90 см, 30 бр./кашон. По ТС се изисква да са от мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част, Участникът не предлага лепяща част; номенклатура №165, еднократни стерилни 3-слойни операционни чаршафи 150 x 175 см, 9 бр./кашон. По ТС се изисква да са от мек нетъкан материал, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част 150 x 175 см, 9 бр./кашон. Участникът предлага мостра с размер различен – 150X200см; номенклатура №190 система за перфузор, по ТС се изисква: удължител за перфузор 150 см, съвместим с перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1,5мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, луер-лок винтови връзки-без съдържание на LATEX ; DEHP. Участникът представя мостра със съдържание на DEHP, с което не отговаря на ТС; номенклатура №193 интравенозна система, по ТС се изисква: полиуретан за вливане на цитостатици, с пластмасова игла с въздуховзимащ канал с бактериален

филтър и капаче; винтова връзка към пациента; не съдържаща DEHP и PVC, снабдена с филтър за бактерии и частици 0.2 µm. Участникът представя мостра, която съдържа DEHP и PVC; номенклатура №199, интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори. Универсална гравитационна интравенозна система с пластмасова игла, за твърди и деформируеми контейнери, с регулатор градуиран за точно дозиране на мл/ч, клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче, капкова камера за 20 капки = 1 мл; 15 µm фил, дължина 150 см. Участникът представя мостра необорудвана с клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче; номенклатура №204, еднопортова свързваща система между контейнер и трипортова система за инфузия, по ТС устойчива на цитостатици с възвратни клапи на всеки порт, допълнителен инжекционен порт за добавки без игла. Да не съдържа DEHP и латекс. Участникът предлага мостра със съдържание на DEHP и латекс.

Предвид констатираните несъответствия, комисията единодушно приема, че следва участниците да бъдат предложени на Възложителя за отстраняване по посочените номенклатури, с изложените по-горе мотиви.

Комисията приключи работа в 16.30 часа.

Председател:

1.....

/Жан

Членове:

3.....

/м.с.Рум

4.....

/Пър

5.....

/План

с.л. 2 3311

Ковачев/

с.л. 2 3319

с.л. 2 3319

с.л. 2 3319