

[Версия за печат](#)

00979-2018-0006

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

BG-Шумен:

Решение за откриване на процедура

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
50. Медицинска техника

Решение номер 007 от дата 18.06.2018 г.

I: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 127521758

BG333, Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800509, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 810004

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.oncocenter.org>.

Адрес на профила на купувача (URL):
<http://www.oncocenter.org/site/category/%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/>.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

II: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

II.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне

III: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на вакуумен елемент (защитен тиратрон в модулатор за високо напрежение), към линеен ускорител модел Unique TM Performance 2074” по Техническа спецификация-Приложение 1

IV.2) Обект на поръчката

Доставки

IV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на вакуумен елемент (защитен тиратрон в модулатор за високо напрежение), към линеен ускорител модел Unique TM Performance 2074” по Техническа спецификация-Приложение 1

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ**IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервропейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Вакуумният елемент е част от конструкцията на едномодалния медицински линеен ускорител модел Unique TM Performance и не подлежи на разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС: 9500 BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ

V: Мотиви**V.1) Мотиви за избора на процедура**

Мотиви за избор на процедура: Едномодалният медицински линеен ускорител модел Unique TM Performance 2074 е уникален със своята конструкция и приложение в медицината. Наличната в „КОЦ-Шумен” ЕООД апаратура, е производство на „Вариан Медикъл Системс”, САЩ. Дружеството „Варинак България” ЕООД е изключителният представител за всички продукти и услуги на „Вариан Медикъл Системс”, САЩ на територията на Република България. Вакуумният елемент – защитен тиратрон за високо напрежение е част от линейния ускорител, без която цялата система не може да функционира. В случая, системата е преустановила работа от 12.06.2018г, по причина на защитния тиратрон, за който е констатирано „температурно нестабилен”, като има опасност да настъпи повреда за другите елементи от системата, вкл.монтирания нов магнетрон. Необходима е допълнителна доставка от същият доставчик. Смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост (невъзможност за вграждане в системата) и до съществени технически затруднения при експлоатация и поддържане на апаратурата. Комплексен

онкологичен център - Шумен ЕООД, има сключен договор за абонаментно сервизно обслужване на по-горе описания линеен ускорител с „Варинак България” ЕООД, след проведена обществена поръчка. Необходима е частична замяна на елемент от доставеният след обществената поръчка линеен ускорител С оглед горепосоченото Възложителят се намира в невъзможност да осигури доставка, обезпечаваща надеждно и безопасно функциониране на линейните ускорители за здравето на пациентите от друго лице, различно от посоченото от производителя, в резултата на което е налице допълнителна доставка от същия доставчик, съгласно чл.182 ал.1 на основание чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Мотиви за невъзможността за разделяне на обособени позиции: Вакуумният елемент е част от системата на едномодалния медицински линеен ускорител модел Unique ТМ Performance и технически е самостоятелен, има предназначение „защитен тиратрон в модулатор за високо напрежение” и поради това не подлежи на разделяне на обособени позиции.

- V.2) **Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне**
"Варинак България" ЕООД гр.София бул.Александър Малинов №85
- V.3) **Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е**
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

- VII.2) **Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, Е-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: <http://www.cpc.bg>.
- VII.3) **Подаване на жалби**
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП, в 10-дневен срок
- VII.4) **Дата на изпращане на настоящото решение**
25.06.2018 г.

VIII: Възложител

- VIII.1) **Трите имена**
Сотир Стоянов Караниколов
- VIII.2) **Длъжност**
Управител