

ПРОТОКОЛ №:4

Днес, 09.09.2020г., в гр.Шумен, в сграда „Лъчетерапия“, на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД, Конферентна зала, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №:63, ет.4 се проведе заседание на комисията за провеждане на процедура – открита процедура по ЗОП – **„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1” ЗА НУЖДИТЕ НА „КОЦ-ШУМЕН”ЕООД**, Комисията, назначена със Заповед №:128/29.07.2020г., на Възложителя започна работа в 11:00 часа в пълен състав:

1. Калина Павлова, юрисконсулт – председател;
2. д-р Атанас Йовчев, началник в Клинична лаборатория – член;
3. Мерджан Мехмед, юрисконсулт – член;
4. д-р Хелия Божилова, началник ОКП – член;
5. Дарин Петров, финансов контролор – член;

Поради направена техническа грешка от страна на Комисията и не включването на участникът "Елпак Лизинг" ЕООД в списъка с изисканите мостри от участниците за номенклатура 149 по ОП №1, Комисията няма да разгледа представените по горепосочената номенклатура мостри от другите участници, с цел да не бъде нарушен принципът на равнопоставеност между участниците.

Комисията продължава работа с разглеждане на мостри. Изрично в Изискванията към участниците Възложителят си е запазил правото, в случай на нужда да изисква от участниците предоставяне на мостри, с цел доказване с техническите изисквания. Председателят на комисията докладва представените мостри, по реда на получаването им както следва:

1. "Ка-М Медикъл" ЕООД – вх. № 15.18/01.09.20г. Участникът представя Писмо с опис на предоставените мостри и Приемо – предавателен протокол. Представя мостра по ОП №:1, номенклатури №:1.117 и по ОП №2, номенклатури №:2.40, от огледа на които Комисията констатира, че отговарят на изискванията посочени в Техническата спецификация;

2. "Уелкър" ЕООД – вх. № 15.19/01.09.20г. Не представят писмо, с опис на предоставените мостри. Участникът представя мостри по ОП №:1, номенклатури №:1.118 и по ОП №2, номенклатури №:2.40, от огледа на които се вижда, че отговарят за изискванията;

3. "РСР" ЕООД – вх. № 15.20/01.09.20г. Участникът представя Писмо с опис на предоставените мостри. Представя мостра по ОП №1, номенклатури №:1.117, 1.118, 1.184 и №:1.185. За номенклатура 1.118, в Техническата спецификация, Възложителят посочва в графа „ Характеристика” - Еднокомпонентна източваща се торбичка. Овално оформен фланец за по-добро сцепление. Обогатена с медицински Манука Мед с антибактериални свойства за подтискане на възпаления. С филтър за премахване на миризмите. С вградена система за затваряне (велкро) за лесен дренаж. С разделен заден капак за по-лесно позициониране на торбата и мониторинг на изхода, от огледа на мострата липсва филтър за премахване на миризмите, липсва вградена система за затваряне, за лесен дренаж, както и липсва разделен заден капак за по-лесно позициониране на торбата и мониторинг на изхода. За номенклатура 1.184 - Индикаторни ленти, участникът представя адхезивна лента с индикатор, а не исканите индикаторни ленти. С оглед на гореизложеното, Комисията счита, че мострите за номенклатури № 1.118 и 1.184, предоставени от участника, не отговарят на изискванията. Комисията няма да разглежда ценовото предложение за тези номенклатури, както и участникът няма да бъде включен в класирането относно посочените номенклатури. Номенклатури №:1.117 и №:1.185 отговарят на изискванията;

4."Медицинска Техника Инженеринг" ООД – вх. № 15.21/01.09.20г. Участникът представя Приемо – предавателен протокол – по ОП №1 и по ОП № 5. Представя мостра по ОП №:1, номенклатури №:1.71, 1.184, 1.185, по ОП №5, номенклатури №:5.21. След оглед на мострите представени от участникът по ОП № 1, номенклатури №:1.71, 1.184, 1.185 и по ОП №5, номенклатури №:5.21, Комисията счита, че отговарят на изискванията на Възложителя.

5. „Инфомед” ЕООД – вх. № 15.22/01.09.20г. Участникът представя Списък с предоставените мостри. Представя мостри по ОП №:1,номенклатури №:1.75, 1.76, 1.80, 1.85. Не представя мостри по 1.78 и 1.79, с оглед на което за тези номенклатури Комисията няма да разгледа ценовото предложение на участникът и няма да го включи в класирането по тях. За номенклатура 1.75, в Техническата спецификация, Възложителят посочва в графа „ Характеристика” - Съдържащ 1 чаршаф за опер. Маса 140 x 190 см, 1 чувал за маса за инструменти 80 x 145 см с телескопично нагъване , 2 лепящи чаршафа 75 x 90 см, 1 лепящ чаршаф 200 x 175 см, 1 лепящ чаршаф 150 x 240 см, 4 кърпи 33 x 33 см, 1 лепяща лента 10 x 50 см съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи чувал за маса за инструменти 78 x 145 см, кърпи 40 x

40 см и чаршаф за опер. Маса 150 x 200 см, с оглед на което не отговаря на ТС и няма да бъде разглеждано ценовото му предложение за конкретната номенклатура.

За номенклатура 1.76, в Техническата спецификация, Възложителят посочва в графа „Характеристика” - Съдържащ 1 чаршаф за операционна маса 140 x 190 см, 1 чувал за маса за инструменти 80 x 145 см с телескопично нагъване, 1 лапароскопски чаршаф с крачоли и с прозрачен джоб за инструменти 300 x 250 см, 2 кърпи 33 x 33 см съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи, участникът предлага чаршаф за опер. Маса 150 x 190 см и чувал за маса за инструменти 78 x 145 см, с оглед на което не отговаря на ТС и няма да бъде разглеждано ценовото му предложение за конкретната номенклатура. За номенклатура 1.85, в Техническата спецификация, Възложителят посочва в графа „Характеристика” - 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 лепящ чаршаф 150/240 см, 1 лепящ чаршаф 170/175 см, 2 лепящи чаршафа 75/90 см, 4 кърпи, 1 лепяща лента 10 x 50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи, участникът предлага лепящ чаршаф 180/180 см, с оглед на което не отговаря на ТС и няма да бъде разглеждано ценовото му предложение за конкретната номенклатура. За номенклатура 1.80, след оглед на мострата, Комисията констатира, че същата отговаря на ТС.

6."Вега Медикъл" ЕООД – вх. № 15.23/02.09.20г. Участникът представя Приемо – предавателен протокол – 2бр. Представя мостри по ОП №:1,

номенклатури №:1.78 и 1.80, след оглед, Комисията констатира, че отговаря на ТС. Не представя за номенклатури 1.79, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84 и 1.85, оглед на което няма да бъде разглеждано ценовото му предложение за конкретните номенклатури. ;

7."Софарма Трейдинг" АД – вх. № 15.24/02.09.20г. Участникът представя писмо и опис на представените мостри. Представя мостри по ОП №:1, номенклатури №:1.71, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79,1.80,1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, по ОП №5, номенклатури №:5.21. За номенклатура №5.21, Възложителят в ТС е посочил „Микроконтейнери за периферна кръв с ЕДТА с капилярки с антикоагулант и капачка от твърда пластмаса”, а участникът предтавя мостра на микроконтейнери за периферна кръв, която след оглед от Комисията се установи, че не е с твърда капачка, а същата е мек силикон, както и капилярката няма антикоагулант. С оглед на горепосоченото, Комисията констатира, че не отговаря на изискванията и няма да разглежда ценовото предложение на участникът за тези номенклатури, както и няма да бъде включен в класирането. Комисията констатира, че за номенклатури №:1.71, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79,1.80,1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, участникът отговаря на ТС.;

8. "Б.Браун Медикъл" ЕООД – вх. № 15.25/02.09.20г. Участникът представя писмо. Представя мостра по ОП №:1, номенклатури №:1.71,1.117 и №1.118. Комисията констатира, че по номенклатура №1.71, участникът отговаря на ТС. По № 1.117, Възложителят е посочил в ТС в графа „Характеристика” - голяма мека плочка с екстракт от алое, прозрачна, самозалепваща се, изрязване до 70мм ширина и 55мм дълбочина, а участникът представя колостомна торба с непрозрачна плочка и няма упомената дълбочина, която трябва да бъде 55мм, съгласно ТС. По № 1.118, Възложителят е посочил в ТС в графа „Характеристика” - Едно-компонентна източваща се торбичка. Овално оформен фланец за по-добро сцепление. Обогадена с медицински Манука Мед с анти-бактериални свойства за подтискане на възпаления. С филтър за премахване на миризмите. С вградена система за затваряне (велкро) за лесен дренаж. С разделен заден капак за по-лесно позициониране на торбата и мониторинг на изхода, а при предоставената мостра от участника, липсва заден капак за по-лесно позициониране на торбата и мониторинг на изхода. С оглед на горепосоченото, Комисията констатира, че не отговаря на изискванията и няма да разглежда ценовото предложение на участникът за тези номенклатури, както и няма да бъде включен в класирането.

Комията приключи своята работа по разглеждане на предоставените от участниците мостри на 09.09.2020г. в 15:00 часа. На 23.09.2020г. Комисията ще премине към отваряне на ценовите предложения на участниците в „Конферентна зала“ на „КОЦ-Шумен“ ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ:

Заличено основание на
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Калина Павлова/

р.Атанас Йовчев/

/Мерджан Мехмед/

р.Хелия Божилова/

Дарин Петров/