



“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ШУМЕН” ЕООД

адрес: ул. “Васил Априлов” 63, тел: 054/800 832, факс: 054/800 313, e-mail: office@oncocenter.org

Изх. №: 15-02/06.07.2020г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА !!!

РАЗЯСНЕНИЯ

по документация за участие в процедура по ЗОП

„Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви по Приложение 1” за
нуждите на „КОЦ-ШУМЕН” ЕООД

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпили запитвания с вх. №:15.07/01.07.2020г. и на основание
чл.33, ал.2 от ЗОП даваме следните разяснения по документацията за участие:

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ:

Във връзка с документация за обществена поръчка „Доставка на медицински
изделия, консумативи и реактиви по Приложение 1” за нуждите на „КОЦ-ШУМЕН”
ЕООД

ВЪПРОС 1. За обособена позиция №:5 Реактиви и консумативи за Клинична
лаборатория:

За какъв апарат са цитираните консумативи

5.1 Калциев Електрод

5.2 Рн електрод

5.3 Клапа

5.4 Тюбинг за игла

ВЪПРОС 2. За обособена позиция №:5 Реактиви и консумативи за Клинична

В групата за „Консумативи за биохимичен анализатор Селектра” са посочени
консумативи, които не кореспондират с анализатор Селектра. Да считаме ли, че групата
е от 5.82 до 5.96 номенклатура?

РАЗЯСНЕНИЕ по въпрос 1. Цитираните консумативи /5.1 Калциев Електрод; 5.2 Рн електрод; 5.3 Клапа; 5.4 Тюбинг за игла/ са за апарат електролитен анализатор EasyLyte Ca.

РАЗЯСНЕНИЕ по въпрос 2. Допусната е техническа грешка. Групата за „Консумативи за биохимичен анализатор Селектра” е от номенклатура 5.82 до номенклатура 5.96.

Номенклатурите №№: 5.97, 5.98, 5.99 да се четат към група „Други реактиви и консумативи”, като за тях участниците могат да подават оферти поотделно, а класирането ще се извърши за всяко от трите номенклатури самостоятелно.

Гр.Шумен

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: заличено на
осн-е чл.36а, ал.3 от ЗОП
/Ив. Ралева/.
/ УЛ по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгл.
Заповед№:051/ 08.04.2019г./